

Ackrediteringens omfattning

CA Mätssystem AB, Täby - **1801**

Storhet	Kalibrerings- objekt	Mätmetod	Mätområde	Bästa mätförmåga (CMC)* (±)
Kraft (stigande, drag- och tryckkraft)	Kraftmätare	Kalibrering av kraftmätare 3.2 (2014-01-20)	0,5N – 50 kN	0,02 %
Moment	Momentmätare	Kalibrering av momentmätare 4.2 (2014-02-03)	>1,5Nm – 150Nm 1,5 Nm 0,5 Nm - <1,5 Nm	0,16 % 0,20 % 0,60 %

Förändring markeras med **fet** stil.

*Den bästa mätförmågan (CMC) är den lägsta mätosäkerhet som kalibreringslaboratoriet kan leverera under ideala förhållanden. Den bästa mätförmågan anges som expanderad mätosäkerhet med täckningsfaktorn $k=2$ och med beräkningarna utförda i enlighet med EA-4/02.

Verksamhet utanför de egna laboratorielokalerna, s.k. fältverksamhet, ingår inte i ackrediteringen
